



Aprobat manager  
 dr.  
 PANDREA MIHAI

VERIFICARI METROLOGICE 2018

NR CRT	DENUMIRE, CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE MASURARE SI MONITORIZARE	PERIOADA DE VALABILITATE A VERIFICARI	OBSERVATII
1	MANOMETRU	1 AN	AUTOCLAVE STERILIZARE (DOMENIUL DE MASURARE -ILA 5 ATM)
2	MANOMETRU		
3	MANOMETRU		
4	MANOMETRU		
5	MANOMETRU		
6	MANOMETRU		
7	MANOMETRU CU CONTACT	1 AN	GENERATOARE STERILIZARE 1,2,3 (DOMENIUL DE MASURARE 0 LA 6 ATM)
8	MANOMETRU CU CONTACT		
9	MANOMETRU CU CONTACT		
10	MANOMETRU		GENERATOARE STERILIZARE 1,2,3 (DOMENIUL DE MASURARE 0 LA 4 ATM)
11	MANOMETRU		
12	MANOMETRU		
13	MANOMETRU	1 AN	RECIPIENT APA STERILA STERILIZARE(0-4 ATM)
14	MANOMETRU		
15	MANOMETRU	1 AN	SALA DE NASTERI (0-10 ATM)
16	MANOMETRU		
17	MANOMETRU		
18	MANOMETRU	1 AN	SALA CEZARIENE (0 LA 10)
19	MANOMETRU		
20	MANOMETRU	1 AN	TUB OXIGEN SALA OPERATII CHIRURGIE (0 LA 315 ATM) (0 LA 25 ATM)
21	MANOMETRU		
22	MANOMETRU		
23	MANOMETRU		
24	MANOMETRU		
25	MANOMETRU		
26	MANOMETRU		
27	MANOMETRU		
28	MANOMETRU		
29	MANOMETRU		
30	MANOMETRU		
31	MANOMETRU		
32	MANOMETRU		
33	MANOMETRU		
34	MANOMETRU		
35	MANOMETRU		
36	MANOMETRU		
37	MANOMETRU		
		1 AN	AUTOCLAV ELECTRIC LABORATOR (-1-3

SPITALUL MUNICIPAL DEJ  
 STR. 1 MAI NR. 14-16 TEL. 0264212640  
 e-mail :spital\_dej@yahoo.com,www.spitaldej.ro

			ATM)
38	MANOMETRU	1 AN	TUB ACETILENA ATELIER MECANIC ( 0LA 2.5 SI 0- LA 40 ATM)
39	MANOMETRU		
40	MANOMETRU	1 AN	TUB OXIGEN ATELIER MECANIC (0LA 46 SI 0LA 315 ATM)
41	MANOMETRU		
42	MANOMETRU	1 AN	ATI (0-6 ATM)
43	MANOMETRU		
44	MANOMETRU	1 AN	CPU (0-6 ATM)
45	MANOMETRU	1 AN	INSTALATIE OXIGEN TABLOU( 0-16SI 0-315) STATIE OXIGEN(0 LA 25)
46	MANOMETRU		
47	MANOMETRU		
48	INTORCATOR FLACARA		TUB OXIGEN ATELIER MECANIC
49	INTORCATOR FLACARA		TUB ACETILENA ATELIER MECANIC

INT50OCMIT RSVTI  
 Ms SOCACIU DORU



VAZUT  
 SEF SERV. ADM  
 EC DIANA RUS

